carl marlin Solingen

WE TAKE CARE

B-0007-19-FL-EasyClean Scheren-2019

SET
9020-EC

GOLDMAN-FOX
gezahnt
Mikrozahnung 0.25

13cm

12cm

Preise p. Stück/Pack. in €, zzgl. MwSt., ab Werk, gültig bis 31.12.2019. Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der Firma Carl Martin GmbH. Preisänderungen, Preisfehler oder Produktabweichungen vorbehalten. Alle Maße sind Circa-Angaben!

NEUENKAMPER STR. 80 - 86 · D-42657 SOLINGEN · GERMANY
TEL. +49(0)212/81 00 44 · FAX +49(0)212/8 73 45
E-MAIL: INFO@CARLMARTIN.DE · INTERNET: WWW.CARLMARTIN.DE

carl marlin Solingen

FINEST DENTAL INSTRUMENTS
GERMANY

over 100 years
since 1916

NEU 2019

EASY Clean
- einfach sauber -

Die **Revolution** in der Aufbereitung

Das Grundmaterial der Schere besteht wie gewohnt aus einem hochwertigen EDELSTAHL für medizinische Zwecke.

Die schwarze Beschichtung erfolgt durch ein sogenanntes PVD Verfahren (vakuumbasierte Beschichtung) mit hoher Härte wodurch die Langlebigkeit des Produktes wesentlich erhöht wird.

Die dunkle Farbe reduziert zudem störende Lichtreflexe der OP Beleuchtung am Patientenstuhl. Das Produkt lässt sich in allen zugelassenen Desinfektions- und Sterilisationsverfahren (Autoklav max. 134°C) aufbereiten.

EASY CLEAN – die neue Definition für eine optimale Aufbereitung ihres Instrumentariums.

Weitere Produkte der EASY CLEAN Serie finden sie auch auf unserer Homepage

www.carlmartin.de

Die Lösung für eine rückstandsfreie* Aufbereitung.

Rückstände unter dem Scharnier können nunmehr vollständig entfernt werden durch unser neuentwickeltes **open2relock** System.

Einfach – schnell – sauber

* Entsprechend der vorgeschriebenen Aufbereitungsverfahren nach EN ISO 17664



Und so wird´s gemacht

1.

Zur Demontage öffnen sie die Schere im rechten Winkel – 90°

2.

<u>Heben</u> sie den oberen Teil der Schere kurz an (ca. 45°) und lösen die beiden Scherenteile voneinander – FERTIG

(bei sachgemäßer Handhabung lassen sich die Scherenteile ohne großen Kraftaufwand korrekt lösen - ansonsten besteht die Gefahr einer Beschädigung / Bruch der Schraube)

3.

Nach erfolgter Aufbereitung werden die beiden Scherenteile dann in umgekehrter Reihenfolge (entsprechend der Bilder 1 -2 -3) wieder zusammen gesetzt

(Bei Schäden durch unsachgemäße Entriegelung / Wiederverschluss übernehmen wir keine Garantie)